

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“ИВАН СКЕНДЕРОВ” ЕООД ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

2900 Гоце Делчев, ул. “Стара планина” 54, тел.0751/95 114; факс 0889 87 87 01; E-mail: hosp_lis@abv.bg

“МБАЛ - Иван Скендеров” ЕООД	
гр. Гоце Делчев	
Изх. №	94-00-102
Дата	02.10.2013 г.

ОТГОВОР

ВЪПРОС № 1:

„В техническата спецификация в позиции № 1, 3, 5 и 6 – „Шкаф крайстенен“ е записано да се изработят от неръждаема стомана, DIN 1.4301 и да бъдат боядисани с боя RALL 6019 – 2 бр., RALL5012 – 1 бр., и RALL 7040 – 21 бр.

Въпрос:

Необходимо ли е неръждаемата ламарина да се боядисва или ще има промяна в изискването за материала, от който ще се изработват шкафовете.“

ОТГОВОР:

В Приложение „Техническа спецификация“, Възложителят ясно е посочил изискванията към материала, вида и цветовата гама на готовите изделия и няма да има промяна в изискването за материала, от който ще се изработват шкафовете.

ВЪПРОС № 2:

За позиция № 11 „Манипулационна маса“ и позиция № 19 „Екран за рентгенови снимки“ няма посочени размери.

ОТГОВОР:

За позиция № 11 „Манипулационна маса“, габаритни размери: 90 x 62 x 82 см

За позиция № 19 „Екран за рентгенови снимки“, размер на осветения екран: 75 x 50 см.

УПРАВИТЕЛ:

(Мария Иванова Радойкова)

